

## POSE DE STENT VASCULAIRE (Stent veine cave sup...)

Surveillance standard

Oxygène nasal, lunettes ou masque haute concentration

+ Mettre sur le moniteur en mode réveil (pour avoir la fréquence respiratoire par impédance) ou brancher un capno nasal.

+ BIS

Anesthésie vigile

Mettre systématiquement une « pieuvre »

- Ultiva en mode AIVOC. Débuter à 1 gamma (site effet) puis titration progressive par palier de 0.5 gamma. A priori, 2 gamma doivent suffire.

Si une dilatation est nécessaire augmenter la concentration quelques minutes avant celle-ci.

- Brancher systématiquement une seringue avec du sérum physiologique, que vous échangerez contre du Diprivan pendant la procédure si nécessaire.

Prévoir Héparine en bolus

50 UI/kg en fonction du bilan hémostasie préopératoire

Pas d'antagonisation de l'héparine (a priori)