

Transplantation pulmonaire – procédure « ex-vivo »

(Novembre 2011)

Contacts téléphoniques

Dr Marie Louise FELTEN :

Dr Grégoire TREBBIA :

Dr Morgan LE GUEN

Matériel à prévoir en salle

Monitoring

- Tête de pression double (PAP, PVC)
- Deux câbles de monitoring des pressions
- Une poche de contre-pression
- Un soluté : 250 ml de sérum physiologique
- Un câble de température
- Une sonde de température

Ventilation

- une sonde d'intubation oro-trachéale stérile
- un ventilateur : au mieux EVITA, sinon PRIMUS

LBA

- fibroscope adulte avec lumière déportée (batterie portable avec des piles...)
- champ stérile non troué
- 2 seringues de 50 ml Luer-lock
- Un raccord avec robinet 3 voies
- Tubes et demande de bactériologie pour direct ou culture du LBA

Divers

- 12 seringues à gaz du sang

Procédure de réhabilitation en résumé

